



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Карачаево-Черкесской республике

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 09.01.14.000.М.000055.04.16 от 05.04.2016 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) согласно приложению

См. приложение (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Федеральное государственное бюджетное учреждение туберкулёзных санаторий "Теберда"
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 369210, Карачаево-Черкесская
Республика, г. Теберда, ул. Карачаевская, 20 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010). СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований". СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ФБУЗ "ЦГ и Э в КЧР" №772 от 02.03.2016 года. Протоколы радиационного контроля, контроля эксплуатационных параметров рентгенографического аппарата, контроля эффективности работы системы вентиляции.



Заключение действительно до 06.04.2021 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№2676000



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесской республике

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 09.01.14.000.М.000055.04.16 от 05.04.2016 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) согласно приложению

Осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) в рентгеновском кабинете ФГБУ ТС "Теберда"


369210, Карачаево-Черкесская Республика, г. Теберда, ул. Карачаевская, 20

1. Проведение рентгенологических исследований с использованием комплекса рентгеновского диагностического КРД - ОКО зав. №5162, 2005г, выпуска.

2. Хранение рентгеновского аппарата.

3. Использование средств радиационной защиты.

Срок эксплуатации аппарата более 10-ти лет. Контроль эксплуатационных параметров - не реже 1 раза в 2 года.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

